Code Medicare : EO197, Group 1

EMPLOI :

1. Incluez les inspections de la peau, une alimentation saine, un plan de changement de position, et des vérifications de gonflement quotidiennes, dans le programme de gestion équilibrée des plaies de pression.
2. Ce produit est un appareil médical à utiliser pour prévenir et traiter les plaies de pression ou escarres et pour le confort des patients en général.
3. Le matelas devrait toujours être gonflé correctement à l'aide de la pompe manuelle WAFFLE M.A.D.® afin que le patient en tire les bienfaits médicaux optimaux.
4. Ne pas soulever le patient alors qu'il est allongé sur l'article.
5. Pour un dégonflement rapide, (RCR), tirez sur languette de la valve rouge.
6. Poids maximum : Jusqu'à 600 lb, selon le type de corps.

ENTRETIEN :

1. Le produit devrait être à la température de la pièce avant le gonflage. Entreposez à la température de la pièce entre 55 et 85 degrés.
2. Nettoyez avec de l'eau tiède et du savon. Consultez le protocole des maladies infectieuses et suivez les instructions du fabricant de désinfectant. Ne pas laver ou sécher dans les buanderies de l'installation. Ne pas utiliser de solvants dégraissants contenant de l'alcool ou des distillats du pétrole.
3. Utilisez des draps par-dessus le produit.
4. Utilisez les méthodes de l'installation pour éliminer le produit et les emballages.
5. L'altitude et la température peuvent exercer une influence sur le gonflage.

VEUILLEZ LIRE :

1. Un agent antimicrobien a été incorporé dans la substance de ce produit.
2. Ce produit comporte des qualités d'étanchéité aux flammes conformément au bulletin technique 129 de Californie.
3. Ce produit n'a pas été testé pour son emploi au cours d'une radiothérapie.
4. Ce produit provoquera des ombres sur les radiographies ordinaires.
5. Ne pas fumer ou utiliser près d'une flamme nuee.
6. Ce produit n'est pas stérile et n'est pas prévu pour être stérilisé.
7. Gardez les emballages hors de portée des enfants.
8. Tous les produits WAFFLE® sont exempts de « latex de caoutchouc naturel ».

EHOB®

Leader des appareils médicaux au service des patients

250 North Belmont Avenue, Indianapolis, IN 46222
Ph.**800.899.5553**
Fx. **317.972.4625**
Se : **www.ehob.com**, Courriel : **corporate@ehob.com**
ISO 9001: 2000

WAFFLE® est une marque de commerce déposée de EHOB, Inc. • Brevet des États-Unis No. 5,265,293 & 5,328,445 • Brevets américains et étrangers en attente & accordés • © EHOB, Inc. 2000

WEC - Rev.03

SURMATELAS WAFFLE® ECONO CARE™



Code de produit	Dimensions	Inflation	Garantie
1025EC 1025ECP avec pompe M.A.D.®	193 x 86,4 x 7,6 cm	42 cycles complets en utilisant une pompe M.A.D.®	Garantie de 30 jours

MODE D'EMPLOI :

Prévention des plaies de pression à tous les niveaux de risques et thérapie de cicatrisation jusqu'au stade IV et aux escarres. Protection contre les escarres.

L'emploi du surmatelas WAFFLE® Econo Care™ Plus diminue la pression, la friction et le stress. Ce modèle peu encombrant optimise la zone de contact afin d'égaliser la pression et de soulager les tissus mous et vulnérables.

La température et l'humidité sont contrôlées par les orifices de ventilation Flex-O-Seal™, pour faire circuler l'air, dissiper la chaleur et permettre à la peau de respirer.

WAFFLE® BRAND AIR CUSHIONS



La valve se trouve en haut et au pied du lit.



Tirez les courroies en dessous des coins.

3. GONFLEZ



Ouvrez la valve transparente et introduisez la pompe en direction de la tête du lit, puis gonflez.

Chaque poussée dans les deux sens équivaut à un cycle complet.



Il faut forcer pour plier en deux.



Le matelas se plie facilement en deux.

Tous les surmatelas WAFFLE® devraient être gonflés correctement à l'aide de la pompe WAFFLE® M.A.D.®
Gonflé correctement, ce matelas n'aura PAS l'air d'être tout à fait rempli d'air.

Vérifiez à la main que l'air fluidisé est correct

Pour vérifier s'il y enfoncement, placez le plat de la main, la paume vers le haut, en dessous du surmatelas, sous les fesses du patient. Si cette opération est facile, le gonflement sera correct.



Assurez vous que les valves sont fermées correctement après le gonflement.

Réglages du gonflement

La clé du soutien sécurisé du patient est de créer un équilibre parfait entre la souplesse et la raideur du matelas. Si un matelas est trop raide, les avantages offerts par la surface supplémentaire ne servent à rien. Deux centimètres et demi d'air sont suffisants pour soutenir le patient.

Si vous pouvez glisser la main sous le surmatelas et la ressortir avec facilité, cela veut dire qu'il y a soulagement de la pression. Bien que vous puissiez ressentir le contact du patient, votre main a déplacé l'air qui le supportait. L'objet de cette vérification à la main est de régler l'air dans le produit, si nécessaire. EHOB recommande des vérifications à la main quotidiennes, et ensuite d'ajouter ou enlever de l'air selon la position du patient et son type de corps.

SE TOURNER

S'ASSEOIR

CHANGER DE PLACE

POINTS D'APPUI POUR LES MAINS

Les points d'appui de forme ovale prévus pour les mains sur les côtés du surmatelas, aident à le manipuler lors du déplacement et du transfert de patients pesant jusqu'à 300 lb.